

Item	Código	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Comentario proveedor	Nombre proveedor	Evaluación Técnica Servicio Farmacéutico	Folio de evaluación	Precio referencia	Precio unitario ofertado	OFERENTE ADJUDICADO	ITEM DECLARADO DESIERTO PRECIO (P), TÉCNICO (T), NINGÚN OFERENTE CUMPLE (NC)	NO ADJUDICADO	OBSERVACIÓN DEL RECHAZO DE LA OFERTA	MOTIVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE ADJUDICADO, DESIERTO O NO ADJUDICADO DEL ÍTEM
1	1000501331	AGUJA PARA BLOQUEO ANESTESICO 22Gx50mm	UN	134	STIMUPLEX ULTRA 360 50mm CAJA X 25	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos. El dispositivo ha sido usado en la institución		22880	31190		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
2	1000501300	AGUJA CATETER IMPLANTABLE 22Gx16mm	UN	91	SURECAN ALAS SISTEMA DE AGARRE G-22 X 15 MM - SIN PUERTO DE INYECCION CAJA X 15	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos. El dispositivo ha sido usado en la institución		21840	30850		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
3	1000511390	AGUJA CATETER IMPLANTABLE 22Gx19mm	UN	6	SURECAN ALAS SISTEMA DE AGARRE G-22 X 20 MM - SIN PUERTO DE INYECCION CAJA X 15	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		21840	30850		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
4	1000501305	AGUJA EPIDURAL BISEL TUOHY 18Gx3-1/4	UN	21	PERICAN G-18 X 34 1.3 X 80 CAJA X 25	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		9984	17750		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
5	1000514300	AGUJA HIPODERMICA 18X1-1/2 PUNTA ROMA C/FILTRO	UN	1206		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple. Se solicita aguja punta roma con filtro, ofertan aguja tribicelada. Son diferentes. No subsana documentación solicitada.		349	50		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Se solicita aguja punta roma con filtro, ofertan aguja tribicelada. Son diferentes. No subsana documentación solicitada	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
6	1000513676	AGUJA HIPODERMICA 18Gx1-1/2 PUNTA ROMA	UN	6766	125469.. WELL..CJX100	Eve distribuciones S.A.S	No cumple los requisitos. Se solicita punta roma y ofertan punta bicelada. Son diferentes.		182	45		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Se solicita aguja punta roma con filtro, ofertan aguja tribicelada.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
7	1000501314	AGUJA HIPODERMICA 21Gx1	UN	38394	125479.. WELL..CJX100	Eve distribuciones S.A.S	La oferta cumple los requisitos técnicos		44	42	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S				Adjudicado por precio y concepto técnico.
8	1000509765	AGUJA INSULINA 30Gx8mm PARA PEN	UN	2256		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos, ofertan agujas hipodermicas para jeringas, se solicitan agujas para PEN (lapiceros de insulina). Son diferentes. No subsana documentación solicitada.		428	145		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: ofertan agujas hipodermicas para jeringas, se solicitan agujas para PEN (lapiceros de insulina). Son diferentes. No subsana documentación solicitada certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
10	1000501308	AGUJA RAQUI-ESPINAL PUNTA LAPIZ 20Gx90mm	UN	243	SPINOCAN G-20 X 3 12 CAJA X 25	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		6968	7160		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
11	1000501309	AGUJA RAQUI-ESPINAL PUNTA LAPIZ 25Gx90mm	UN	169	PENCAN AGUJA CON INTRODUCIDOR 0.5X88 G-25 CAJA X 25	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		15392	14250	B.BRAUN MEDICAL S.A.				Adjudicado por precio y concepto técnico.
12	1000508324	AGUJA RAQUI-PUNCIÓN LUMBAR 22Gx38mm	UN	186	SPINOCAN G-22 X 1 12 CAJA X 25	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x hematología y oncología. NO se solicita muestra x precio ofertado.		4021	7690		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio. Por lo tanto no se solicita muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
15	1000503117	AMBU NEONATAL CON BOLSA RESERVORIO	UN	54	RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	Aporta nuevo registro invima, vigente, nro.2019DM-0020009. La oferta cumple los requisitos técnicos		43160	43100	MEDICAL CARE WELL S.A.S.				Adjudicado por precio y concepto técnico.
15	1000503117	AMBU NEONATAL CON BOLSA RESERVORIO	UN	54	MARCA MERLIN MEDICAL	HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A	Requiere evaluación x pediatría. No trajeron muestra para evaluar.		43160	42900				Se rechaza la oferta con fundamento Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó muestra para evaluación técnica del dispositivo.	

16	1000503116	AMBU PEDIATRICO CON BOLSA RESERVORIO	UN	71	MERLIN MEDICAL	HOSPI MEDICOS MEDELLIN S.A	Requiere evaluación x pediatria. No trajeron muestra para evaluar.	43160	42900					Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó muestra para evaluación técnica del dispositivo.	
16	1000503116	AMBU PEDIATRICO CON BOLSA RESERVORIO	UN	71	RESULTADOR PEDIATRICO DESECHABLE	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	Aporta nuevo registro invima, vigente, nro.20190M-00200009. La oferta cumple los requisitos técnicos	43160	43100	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
22	1000502463	APOSITO ESTERIL 8x16 20cmx40cm	UN	2339	BOOLSA X 50 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	Requiere evaluación x cirugía. No trajeron muestra para evaluar.	2048	1999			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó muestra para evaluación técnica del dispositivo.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
27	1000506765	APOSITO HIDROPOLIMERO ADHESIVO15x20PLUS	UN	16	ASKINA TRANSORBENT 20X20 CM CAJA X 5	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x clínica de Heridas. No trajeron la muestra para evaluar.	92666	54600			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó muestra para evaluación técnica del dispositivo.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
32	1000501395	APOSITO QCO ESTERIL GASA-ALGODON 4X8 10X20CM	UN	148		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	No aporta ficha técnica, no subsana. La oferta no cumple los requisitos técnicos	4276	4200					Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó ficha técnica. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	
32	1000501395	APOSITO QCO ESTERIL GASA-ALGODON 4X8 10X20CM	UN	148	BOLSA X 50 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	Requiere evaluación x cirugía. Bien evaluado por enfermería cirugía.	22,23	4276	4276	SHERLEG LABORATORIES SAS				Adjudicado por precio y concepto técnico.
34	1000501404	ASA DE POLIPECTOMIA	UN	11	Referencia M00562321	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple con los requisitos técnicos. No subsana	83200	80000			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Registro sanitario desactualizado. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
36	1000501424	BAJALENGUAS EN MADERA	UN	12250	103184.-ALFA TRADING S.A.S.. CIX20	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S	La oferta cumple los requisitos técnicos	31	29	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S					Adjudicado por precio y concepto técnico.
39	1000501428	BALON ANESTESIA 3lt	UN	76	DESECHABLE	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos	6958	6850	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
40	1000501461	BALON DILATACION ESOFAGICA CRE 15-18mm	UN	8	Referencia M00558370	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos	707200	707200	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
41	1000510193	BARRERA COLOSTOMIA 57mm	UN	323	PROXIMA 2 BASE PLATE BORDER 60 12-55 CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No entregan muestra para evaluar y no subsana.	17010	10570			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. No entregan muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
41	1000510193	BARRERA COLOSTOMIA 57mm	UN	323	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 5 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No subsana	17010	14184			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones y numeral 34 Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
42	1000510194	BARRERA COLOSTOMIA 70mm	UN	167	PROXIMA 2 BASE PLATE BORDER 80 12-75 CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No entregan muestra para evaluar y no subsana.	17993	10570			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
42	1000510194	BARRERA COLOSTOMIA 70mm	UN	167	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 5 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No subsana	17993	14184			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

44	1000510283	BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57mm	UN	308	PROXIMA 2 PLUS DRAIN. FILTER BEIGE 60 CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No entregan muestra para evaluar y no subsana.	9613	6690		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
44	1000510283	BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57mm	UN	308	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 10 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No subsana	9613	3370		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
45	1000510284	BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70mm	UN	148	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 10 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No subsana	9613	3370		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
45	1000510284	BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70mm	UN	148	PROXIMA 2 PLUS DRAIN. FILTER BEIGE 80	B.BRAUN MEDICAL S.A.	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x clínica de Heridas. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No entregan muestra para evaluar y no subsana.	9613	6430		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. La barrera, bolsa y pinza deben ser de la misma marca. No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
47	1000501543	BOLSA RECOLECCION ORINA PEDIATRICA	UN	1322	DRAIN 5 MINI COLOST PEDIAT RECORTABLE CAJA X 30	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta no cumple con los requisitos técnicos. El producto ofertado no corresponde a lo solicitado. Se pide bolsa de recolección de orina y ofertan bolsa de colostomia o Urostomia.	177	14480		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 y 32 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: El producto ofertado no corresponde a lo solicitado. Se pide bolsa de recolección de orina y ofertan bolsa de colostomia o Urostomia. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
53	1000507451	CANASTILLA NITINOL 1,9FR EXTRAER CALCULOS	UN	17	Referencia M0063901050	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos	572000	578462		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
71	1000501946	CAT TRANSDUCTOR PRESION INVASIV PED 30cm	UN	105	precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Aporta ficha técnica y carta de autorización de distribución. Subsama. La oferta cumple los requisitos técnicos	78000	86275		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
72	1000510179	CAT VENOSO CENTRAL MONOLUME 16Gx20	UN	58	CERTOFIX DUO V 720 CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos, no se pide muestra por valor ofertado supera precio techo.	67600	103120		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio. Por lo tanto no se solicita muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
74	1000501807	CATETER CENTR BILUME 4FRx5cm PEDIATRICO	UN	39		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos	149760	149708	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS				Adjudicado por precio y concepto técnico.
75	1000501961	CATETER CENTR BILUME 4FRx8cm PEDIATRICO	UN	59	CERTOFIX DUO PAED S 408-EUSA	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x UCI pediátrica. No entrega muestra y no subsana.	149760	116300				Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. No entregan muestras para evaluar.	Adjudicado por precio y concepto técnico.
75	1000501961	CATETER CENTR BILUME 4FRx8cm PEDIATRICO	UN	59		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos	149760	149700	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS				Adjudicado por precio y concepto técnico.
76	1000501962	CATETER CENTR BILUME 5FRx13cm PEDIATRICO	UN	18		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos	149760	149700	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS				Adjudicado por precio y concepto técnico.

76	1000501962	CATERER CENTR BILUMÉ 5FRx13cm PEDIATRICO	UN	18	CERTOFIX DUO PAED 5 513 CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x UCI pediátrica. No entrega muestra y no subsana.		149760	116300					Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. No entregan muestras para evaluar.	
77	1000501960	CATERER CENTRAL BILUMEN 4fx13cm PEDIATRICO	UN	11		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		145080	141176	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS					Adjudicado por precio y concepto técnico.
77	1000501960	CATERER CENTRAL BILUMEN 4fx13cm PEDIATRICO	UN	11	CERTOFIX DUO PAED 5 413-EUSA CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x pediatria. No entregan oferta y no subsana.		145080	116300					Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó cartas de uso del dispositivo en instituciones de 3 y 4 nivel. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. No entregan muestras para evaluar.	
88	1000501914	CATERER INTRAVENOSO 20Gx1-1/4 BIOSEGURO	UN	37022		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x enfermería. No entregan muestra para evaluar.		1749	1333		P			Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
88	1000501914	CATERER INTRAVENOSO 20Gx1-1/4 BIOSEGURO	UN	37022	INTROCAN SAFETY PUR 20G 1.1 X 32 mm CAJA X 50	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		1749	2030		P			Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
89	1000501909	CATERER INTRAVENOSO 24Gx0.56 NEO BIOSEG	UN	6378	INTROCAN SAFETY PUR 24G 0.7 X 14mm CAJA X 50	B.BRAUN MEDICAL S.A.	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x neonatología, no entregan muestra para evaluar.		4472	2030		NC			Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
90	1000501916	CATERER INTRAVENOSO 24Gx0.75 BIOSEGURO	UN	6066	INTROCAN SAFETY PUR 24G 0.7 X 19 mm CAJA X 50	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		1749	2030		P			Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
90	1000501916	CATERER INTRAVENOSO 24Gx0.75 BIOSEGURO	UN	6066		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x pediatria. No trajeron muestra para evaluar.		1749	1333		P			Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
100	1000510199	CINTURON PARA DISPOSITIVO DE OSTEOMIA	UN	18	121051.. BOSTON.. CIX1	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requerimientos técnicos. No entregan ficha técnica, ni registro INVIMA. No subsana		38133	36728		NC			Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No adjuntaron ficha técnica, ni registro Invima. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
101	1000502021	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO C/BALON 3Lt	UN	1747	DESECHABLE	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	Se prefiere libre de latex. Se evaluara para concepto x especialistas (anestesiología). Bien evaluado por anestesiología.	19,20,21	12631	12600	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
102	1000502025	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRIC C/BALON 3Lt	UN	325	DESECHABLE	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	Se prefiere libre de latex. Se evaluara para concepto x especialistas (anestesiología). Evaluado por anestesiología. Bien evaluado. La oferta cumple.	1, 17, 18	13000	12200	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
102	1000502025	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRIC C/BALON 3Lt	UN	325		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x cirugía. No trajeron muestra para evaluar.		13000	11540					Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No trajeron muestra para evaluar.	
103	1000502020	CIRCUITO JACKSON REES ADULTO C/BOLSA 2Lt	UN	21	CON MANOMETRO	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos. Además ya viene esteril.		29120	25000	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
104	1000511077	CIRCUITO RESPIRA DOBLE HILO SLE S/CASCAD	UN	144	CIRCUITO DESECHABLE BICALENTADO CON CASCADA EVAQUA 2 SLE 4000 Y SLE 5000 RT268	EQUITRONIC SAS	No se debe adjudicar por error salio en la lista. El código se inactiva y se compra solo con cascada, código que no salio en la convocatoria.		173451	173451		X			No adjudicar este ítem, con fundamento en el numeral 40 de los pliegos de condiciones de la Convocatoria Pública N°2 de 2019. Motivación: El Hospital en el proceso de evaluación y análisis de las propuestas identificó un error involuntario por parte de la entidad en la publicación realizada en la plataforma electrónica de compras. No se debe adjudicar por error salio en la lista. El código se inactiva y se compra solo con cascada, código que no salio en la convocatoria.	No adjudicado.

106	1000502038	CUPS HEMOSTATIC TITANIO AMARILLO PEQUEÑO	UN	871	CUP PARA LIGADURA EN TITANIO, tamaño pequeño, cassette x 6 unidades, color amarillo, en empaque estándar, para uso en cirugía abierta con pinzas	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta no cumple se requiere que entreguen pinza en comodato, no se solicita muestra para evaluar por que el precio ofertado supera el precio techo.		2253	17162			P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
108	1000502703	CUPS HEMOSTATIC TITANIO VERDE MED-LARGE	UN	1201	Se relaciona precio por gancho; se adjunta carta aclaratoria.	Johnson & Johnson de Colombia S.A	El oferente subsana: oferta 2 pinzas en comodato. Evaluado en cirugía. Bien evaluado. La oferta cumple los requisitos.	2y3	3466	3217	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A					Adjudicado por precio y concepto técnico.
111	1000502136	COTONOIDE ALGODON ESTERIL RADIOPA 1/2x1/2	UN	46	BOLSA X 10 SOBRES - DESPACHO MINIMO 100 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		18308	18400			P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
112	1000502137	COTONOIDE ALGODON ESTERIL RADIOPAC 1x1	UN	137	BOLSA X 10 SOBRES - DESPACHO MINIMO 100 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		18308	18400			P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
113	1000502138	COTONOIDE ALGODON ESTERIL RADIOPAC 3x3	UN	137	BOLSA X 10 SOBRES - DESPACHO MINIMO 100 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		18308	18400			P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
114	1000502152	CUCHILLA BISTURI 10	UN	2606	CUCHILLAS PARA BISTURI No 10, estándar, en empaque individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman. CAJA X 100	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		188	346					Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	
114	1000502152	CUCHILLA BISTURI 10	UN	2606	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 100 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		188	159	IMCOLMEDICA S.A					Adjudicado por precio y concepto técnico.
115	1000502153	CUCHILLA BISTURI 11	UN	3500	CUCHILLAS PARA BISTURI No 11, estándar, en empaque individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman. CAJA X 100	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		175	346					Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	
115	1000502153	CUCHILLA BISTURI 11	UN	3500	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 100 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		175	159	IMCOLMEDICA S.A					Adjudicado por precio y concepto técnico.
116	1000502154	CUCHILLA BISTURI 15	UN	3656	CUCHILLAS BISTURI No 15, estándar, en empaque individual, caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman. CAJA X 100	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		188	346					Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	
116	1000502154	CUCHILLA BISTURI 15	UN	3656	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 100 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		188	158	IMCOLMEDICA S.A					Adjudicado por precio y concepto técnico.
117	1000502155	CUCHILLA BISTURI 20	UN	6028	CUCHILLAS BISTURI No 20, estándar, en empaque individual, caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman. CAJA X 100	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		188	346					Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	
117	1000502155	CUCHILLA BISTURI 20	UN	6028	CANTIDAD MINIMA DE DESPACHO CAJA X 100 UNIDADES	IMCOLMEDICA S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		188	158	IMCOLMEDICA S.A					Adjudicado por precio y concepto técnico.
118	1000502157	CUCHILLA DERMATOMO AESCULAP REF. GR228R	UN	51	CUCHILLAS PARA DERMATOMO ELECTRICO, desechables, paquete x 10 unds. Marca AESCULAP, Aleman. CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		40622	41790			P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
119	1000514905	DIAFRAMA VENTILADOR R-100	UN	11	VENTA MÍNIMA UNIDAD DE PRESENTACIÓN. VALOR COTIZADO ANTES DE IVA. SE ENTREGA DESPUÉS DE 3 DÍAS LUEGO DE CONFIRMACIÓN O SEGÚN DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO.	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		237600	317246			P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.

120	1000514910	DICLOROSOCIANURATO DE SODIO (NaDCC) 8680mgx60TAB	Frasco	525	presentacion comercial por unidad	Johnson & Johnson de Colombia S.A	No se deber adjudicar x error salio en la lista. Con la nueva contratacion la compra la asume la empresa de aseo contratada.		90636	90636			X	No adjudicar este item, con fundamento en el numeral 40 de los pliegos de condiciones de la Convocatoria Publica N°2 de 2019. Motivación: El Hospital en el proceso de evaluación y análisis de las propuestas identificó un error involuntario por parte de la entidad en la publicación realizada en la plataforma electrónica de compras. No se deber adjudicar, por error salio en la lista, no se requiere este dispositivo ya se encuentra contratado.	No adjudicado.
125	1000502294	EQUIPO DRENAJE ORINA ADULTO 2lt	UN	3839	Precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x CIHGM y enfermería. No entregan muestra para evaluar.		5623	4004				Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	
125	1000502294	EQUIPO DRENAJE ORINA ADULTO 2lt	UN	3839	125492.. WELL. BOLX1	Eve distribuciones S.A.S	Bien evaluado por enfermería - Bien evaluado por el comité de infecciones. La oferta cumple los requisitos técnicos.	15,16,24	5623	3438	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S				Adjudicado por precio y concepto técnico.
121	1000502255	ELECTRODO MONITORIZAR DESECHABLE PEDIATR	UN	18200	125832.. LIFE CARE.. BOLX50	Eve distribuciones S.A.S	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x enfermería. (cirugia-urg-imagiologia) no entregan muestra para evaluar.		228	218			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
130	1000502344	EXTENSION ANESTESIA 76cm L/LOCK	UN	8284	BOLSA X 50 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		644	640	SHERLEG LABORATORIES SAS				Adjudicado por precio y concepto técnico.
131	1000514907	FILTRO ANTIBACTERIAL VENTILADOR SLE	UN	2197	FILTRO ANTIBACTERIAL VENTILADOR SLE	EQUITRONIC SAS	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsanó documentación.		20717	20717			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregó carta de compromiso de dispositivos. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
135	1000512132	GRAPADORA DERMICA DELGADA X 35 GRAPAS	UN	90	GRAPADORA PARA PIEL-MANIPULER Grapadora de piel desechable, estáÅDriI, contiene 35 grapas de 6.9 mm x 3.6	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x cirugía, no entregan muestra para evaluar.		37492	37490			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
136	1000509847	GUANTE ESTERIL SIN TALCO 6.5	UN	62300	Precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x higiene de manos. No entregaron muestra para evaluar.		624	696			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregaron muestra para evaluar. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
137	1000508377	GUANTE ESTERIL SIN TALCO 7	UN	63972	Precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x higiene de manos. No entregaron muestra para evaluar.		624	696			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregaron muestra para evaluar. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
142	1000502485	GUARDIAN SEGURIDAD ECOLOGICO 1lt REDONDO	UN	409	NACIONAL	HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		2184	2184	HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A				Adjudicado por precio y concepto técnico.
143	1000502487	GUARDIAN SEGURIDAD ECOLOGICO 2.9lt REDON	UN	4259		HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		2381	2381	HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A				Adjudicado por precio y concepto técnico.
145	1000502535	GLUIA BIJAR EN POLIURETANO 0,035x450cm	UN	19	Referencia M00556581	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos		603200	597000	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.				Adjudicado por precio y concepto técnico.
152	1000502606	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAP x500 cja x2	UN	71	INTEGRADOR Q.1243A VAPORBOLX500 3M DIVISIÅN MÅ% DICA	COBO MEDICAL SAS	La oferta no cumple los requisitos técnicos, en presentación, se recibe documento de aclaración informando que la oferta corresponde a bolsa x 500uds. La necesidad del HGM como está publicada es paquete x 500und x 2 (total de unds 1000).		481520	441081			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta no cumple los requisitos técnicos, en presentación, se recibe documento de aclaración informando que la oferta corresponde a bolsa x 500uds. La necesidad del HGM como está publicada es paquete x 500und x 2 (total de unds 1000).	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
153	1000505392	JERINGA 10ml BD LUER LOCK	UN	3266	108865.. BD.. CIX100	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requisitos técnicos. Pendiente subsanar.No subsana		459	353			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entrego ficha tecnica para jeringa con luerlock. Este requisito fue solicitado por el Hospital v no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
153	1000505392	JERINGA 10ml BD LUER LOCK	UN	3266	OMNIFIX 1012 ml SIN AGUJA CAJA X 100	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta no cumple los requerimientos técnicos, se solicita marca BD (ha sido evaluada para central de mezclas parenterales), se evaluará de Braun, si es diferente de los perfusores que ya se conocen en la institución. No entregan muestra para evaluar.		459	28000%			NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación:No entregan muestra para evaluar.La oferta no cumple los requerimientos técnicos, se solicita marca BD (ha sido evaluada para central de mezclas parenterales)es diferente de los perfusores que ya se conocen en la institución.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

154	1000511360	JERINGA 10mL BD LUER LOCK SIN AGUJA	UN	4162	OMNIFIX 1012 ml SIN AGUJA CAJA X 100	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta no cumple los requerimientos técnicos, se solicita marca BD (ha sido evaluada para central de mezclas parenterales), se evaluará de Braun, si es diferente de los perfusores que ya se conocen en la institución. No entregan muestra para evaluar.	371	280			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar. La oferta no cumple los requerimientos técnicos, se solicita marca BD (ha sido evaluada para central de mezclas parenterales) es diferente de los perfusores que ya se conocen en la institución.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
156	1000502661	JERINGA 20ml LUER LOCK CON AGUJA	UN	54912	108879.. ETERNA..CIX50	Eve distribuciones S.A.S	La oferta cumple los requisitos técnicos	257	241	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S					Adjudicado por precio y concepto técnico.
156	1000502661	JERINGA 20ml LUER LOCK CON AGUJA	UN	54912	Precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x CMP para verificar escala de medida y por enfermería. No entregaron muestra para evaluar.	257	244					Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	
157	1000502654	JERINGA 3ml LUER LOOK CON AGUJA	UN	3E+05	Precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x CMP para verificar escala de medida y por enfermería. No entregaron muestra para evaluar.	86	102			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 y en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
158	1000510611	JERINGA 60mL LUER LOOK	UN	1314		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple la especificación técnica, se requiere de 60mL y ofertan de 50mL.	986	793			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del Numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: se requiere de 60mL y ofertan de 50mL. No entregó certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
159	1000506680	LINER DE SUCCIN FLEXIBLE x 1500mL AZUL CON SODIFICANTE	UN	3209		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos. Se debe adjudicar la misma marca de las presentaciones x 1000mL y 3000mL por los accesorios que se requieren para la instalación que son entregados por el proveedor. No subsana la documentación solicitada.	7280	6716			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 y 32 del Numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Se debe adjudicar la misma marca de las presentaciones x 1000mL y 3000mL por los accesorios que se requieren para la instalación que son entregados por el proveedor. No entregó certificado de CCAA actualizado o acta de visita ente territorial 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
162	1000502833	MASCARA LARINGEA 2.5 REUSABLE	UN	21	REUSABLE	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos	60320	57000	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
162	1000502833	MASCARA LARINGEA 2.5 REUSABLE	UN	21		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x cirugía. No trajeron muestra para evaluar.	60320	52990					Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	
163	1000502805	MASCARA LARINGEA 4 REUSABLE	UN	50	REUSABLE	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos	57200	57000	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
163	1000502805	MASCARA LARINGEA 4 REUSABLE	UN	50		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x cirugía. No trajeron muestra para evaluar.	57200	52990					Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	
<	1000502819	MASCARA LARINGEA 5 REUSABLE	UN	11		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x cirugía. No trajeron muestra para evaluar.	57200	52990					Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	
164	1000502819	MASCARA LARINGEA 5 REUSABLE	UN	11	Reusable	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos	57200	57000	MEDICAL CARE WELL S.A.S.					Adjudicado por precio y concepto técnico.
165	1000502814	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRIC	UN	25		HOSPIMEDICS S.A.	Requiere evaluación x Cirugía. No trajeron muestra para evaluar. No subsanaron	2725	2720			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No trajeron muestra para evaluar. No entregaron certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
168	1000505865	MASCARILLA ALTA EFICIENCIA 95%	UN	16084	Precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x enfermería. No entregan muestra para evaluar.	3461	1499			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

170	1000502836	MASCARILLA RIESGO BIOLOGICO RESORTADA	UN	1E+05	115406.. CLAY..CJX50	Eve distribuciones S.A.S	Evaluado x enfermería, producto mal evaluado. La oferta no cumple los requisitos.	4,5,6,7	85	84		T		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: producto mal evaluado. La oferta no cumple los requisitos. Concepto técnico evaluación. folios 4,5,6 y 7.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La propuesta o las propuestas no son convenientes técnicamente para la entidad.
171	1000502896	NEBUUZADOR ALTA CAPACIDAD C/VENTUR INSPIR	UN	76		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene encuesta la oferta: Requiere evaluación x enfermería. No entregan muestra para evaluar y No subsana		4144	4040		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No trajeron muestra para evaluar. La ficha técnica adjuntada corresponde a la máscara de venturi, se solicita ficha técnica del recipiente nebulizador. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
173	1000502908	ORTOFTALDEHIDO 0.55% 1GL	Galones	246	PERASAFE FRASCO X 162 G CAJA X 1	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos, se solicita Ortoftaldehido y ofrecen otro compuesto diferente. Debe ser la misma composición.		128091	92970				Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 y 32 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Se solicita Ortoftaldehido y ofrecen otro compuesto diferente. Debe ser la misma composición..	
173	1000502908	ORTOFTALDEHIDO 0.55% 1GL	Galones	246	se realciona precio unitario; presentacion comercial es caja x 4 unidades	Johnson & Johnson de Colombia S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		128091	125600	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A				Adjudicado por precio y concepto tecnico.
174	1000502940	PAPILOTOMO ESFINTER TRILUMEN 7-30MM	UN	29	Referencia M00535920	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana.		416000	412000		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan ficha técnica y Registro INVIMA actualizados. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
175	1000510196	PASTA PROTECTOR HIDROCOLOIDE x 56.7gr	UN	116	SUPERFILLER 60 GRAMOS PASTA PROTECTORACAJA X 60	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x clínica de Heridas. No trajeron la muestra para evaluar.		37026	37020		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
176	1000514714	PASTA CONDUCTIVA ADHESIVA X 228GR TEN 20	UN	27	Tarro por 400gr y unidad. Venta má-nima unidad de presentación. Presentación paquete por 3 tarros. tiempo de entrega 3 días después de confirmación de pedido o según disponibilidad en	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana. Además supera precio techo.		57200	78185		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía presentar Registro INVIMA Actualizado. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
181	1000514918	PINZA ARMONICO DE CIRUGIA ABIERTA-WAVE	UN	7	presentacion comercial por unidad	Johnson & Johnson de Colombia S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		1467755	1410100	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A				Adjudicado por precio y concepto tecnico.
182	1000510286	PINZA PARA COLOSTOMIA	UN	385	PINZA ESTANDAR CAJA X 10	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x clínica de heridas se evalua junto la barrera y bolsa. No trajeron muestra para evaluar.		2827	2080		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
191	1000503169	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR SLE	UN	245	SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PARA VENTILADOR SLE	EQUITRONIC SAS	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsanó documentación.		207584	207584		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No presenta anexo 8 carta de compromiso de medicamentos y/o dispositivos médicos. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
193	1000506524	SET FLEBOEXTRACTOR 9-12-15mm	UN	7	Fleboextractor de un solo uso, VENOSTRIP. Set compuesto por - Guía-metálica recubierta - Un mango-	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos		84240	125820		P		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La oferta supera el precio techo establecido en el pliego de condiciones para la presente convocatoria.
194	1000503181	SET PULL GASTROSTOMIA PERCUTANEA 20FR	UN	44	Referencia M00568391	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana.		410800	410000		NC			
195	1000503182	SET PULL GASTROSTOMIA PERCUTANEA 24FR	UN	4	Referencia M00568381	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana.		602282	410000		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entrega Debe aportar Registro INVIMA Actualizado como Dispositivo médico (DM). Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

198	1000503219	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 16	UN	802		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene encuesta la oferta: Requiere evaluación x enfermería. No entregan muestra para evaluar y No subsana		712	600					Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar. Debia entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	
198	1000503219	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 16	UN	802	BOLSA X 25 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		712	705	SHERLEG LABORATORIES SAS					Adjudicado por precio y concepto tecnico.
199	1000503220	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 20	UN	181		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene encuesta la oferta: Requiere evaluación x enfermería. No entregan muestra para evaluar y No subsana		662	600			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar. Debia entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
200	1000503204	SONDA URINARIA FOLLEY DOS VIAS C/B 20	UN	67		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x enfermería. No entregan muestra para evaluar.		1716	1570			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
200	1000503204	SONDA URINARIA FOLLEY DOS VIAS C/B 20	UN	67	114851..ETERNA	Eve distribuciones S.A.S	Producto mal evaluado por enfermería.(se evalua con otro calibre, ya que no resultó paciente para el número solicitado).	26	1716	1682			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Producto mal evaluado por enfermería.(se evalua con otro calibre, ya que no resultó paciente para el número solicitado). Concepto técnico evaluación folio 26.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
201	1000503205	SONDA URINARIA FOLLEY DOS VIAS C/B 22	UN	37	125877..LEFE CAR..CJX10	Eve distribuciones S.A.S	El producto ha sido mal evaluado en la institución.		1768	1706			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del Numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: El producto ha sido mal evaluado en la institución.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
201	1000503205	SONDA URINARIA FOLLEY DOS VIAS C/B 22	UN	37		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x enfermería. No entregan muestra para evaluar.		1768	1570			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
202	1000503208	SONDA URINARIA FOLLEY TRES VIAS C/B 18	UN	54	114862.. FUNDACION CARDIOVASC	Eve distribuciones S.A.S	Aunque el proveedor entregó muestra para evaluación No subsana este ítem con los documentos solicitados.		2808	2353			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debia aportar ficha técnica y Registro INVIMA actualizado. Este requisito fue solicitado por la institución y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
202	1000503208	SONDA URINARIA FOLLEY TRES VIAS C/B 18	UN	54		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x enfermería. No trajeron muestra para evaluar.		2808	2550			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
203	1000503209	SONDA URINARIA FOLLEY TRES VIAS C/B 20	UN	121		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x enfermería. No trajeron muestra para evaluar.		2540	2550			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
203	1000503209	SONDA URINARIA FOLLEY TRES VIAS C/B 20	UN	121	125872.. LIFE CARE.. CJX10	Eve distribuciones S.A.S	El producto ha sido mal evaluado en la institución.		2540	2176			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: El producto ha sido mal evaluado en la institución.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
204	1000503210	SONDA URINARIA FOLLEY TRES VIAS C/B 22	UN	74		IMCOLMEDICA S.A	Requiere evaluación x enfermería. No trajeron muestra para evaluar.		2200	2550			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y en el numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
204	1000503210	SONDA URINARIA FOLLEY TRES VIAS C/B 22	UN	74	125879.. LIFECARE.. CJX10	Eve distribuciones S.A.S	El producto ha sido mal evaluado en la institución.		2200	2126			NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: El producto ha sido mal evaluado en la institución.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

205	1000511713	STENT DUODENAL 12x230cm 27/22	UN	14	Referencia M00565030	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos		2808000	2781000	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S			Adjudicado por precio y concepto técnico.	
206	1000504300	STENT DUODENAL ENDOSCOPICO DE-1808	UN	11	Referencia M00565020	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	No se pide muestra para evaluar porque el precio ofertado supera el precio techo. Además No aporta documento aclaratorio. No subsana.		2058680	2781000		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 y con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: No se pide muestra para evaluar porque el precio ofertado supera el precio techo . Debía aportar documento aclaratorio de homologación de medidas de las referencias ofertadas con las solicitadas. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
207	1000504903	STENT DUODENAL ENDOSCOPICO DE-1810	UN	15	Referencia M00565020	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	No se pide muestra para evaluar porque el precio ofertado supera el precio techo. Además No aporta documento aclaratorio. No subsana.		2058680	2781000		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No se pide muestra para evaluar porque el precio ofertado supera el precio techo . Debía aportar documento aclaratorio de homologación de medidas de las referencias ofertadas con las solicitadas. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
208	1000504669	STENT ESOFAGICO MONOCUERPO EM 8cm	UN	10	Referencia M00516210	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	No aporta documentos solicitados. No subsana. No se pide muestra para evaluar porque el precio ofertado supera el precio techo.		2058680	2781000		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No se pide muestra para evaluar porque el precio ofertado supera el precio techo . Ficha técnica no adjuntada, registro sanitario desactualizado Y aportar documento aclaratorio de homologación de medidas de las referencias ofertadas con las solicitadas. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
209	1000503359	TAPON DE BIOSEGURIDAD	UN	69718	115410.. MEDICALES	Eve distribuciones S.A.S	Evaluated x enfermería, producto mal evaluado. La oferta no cumple los requisitos.	8,9,10	2236	199		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: producto mal evaluado. La oferta no cumple los requisitos. Concepto técnico evaluación folios 8,9 Y 10.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: La propuesta o las propuestas no son convenientes técnicamente para la entidad.
209	1000503359	TAPON DE BIOSEGURIDAD	UN	69718	CONECTOR LIBRE DE AGUJA NEUTRACLEAR REF. EL200	HB SUPPLIER S.A.	No subsana. Evaluado por enfermería. Producto mal evaluado. La oferta no cumple.	11,12,13	2236	1750		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: producto mal evaluado. La oferta no cumple los requisitos. Concepto técnico folios 11,12 y 13. No entrego lo solicitado anexo 12. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
209	1000503359	TAPON DE BIOSEGURIDAD	UN	69718	CARESITE CONECTOR LIBRE DE AGUJA CAJA X 100	B. BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x enfermería. No trajeron muestra para evaluar.		2236	2670		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestra para evaluar. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
210	1000505006	TORNIQUETE ELASTICO PLANO LIBRE DE LATEX	UN	496		HOSPI MEDICS S.A.	La oferta no cumple los requerimientos técnicos. El producto ofertado no corresponde a lo solicitado. El que el proveedor oferta se encuentra bajo otro código en la institución. No subsana la documentación solicitada.		1040	893		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: El producto ofertado no corresponde a lo solicitado. El que el proveedor oferta se encuentra bajo otro código en la institución. Debía aportar certificado de no Requiere Registro Invima. Nro. 210016725 descrito en la oferta técnica. Además debe aportar la ficha técnica y el registro invima del ítem correspondiente al torniquete elastico plano libre de latex. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
213	1000503414	TUBO DE PRESION ARTERIAL 48	UN	89	BOLSA X 50 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		2533	2500	SHERLEG LABORATORIES SAS			Adjudicado por precio y concepto técnico.	
217	1000503450	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 2.5	UN	40	123178..PROTEX	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana		1331	1281		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica para el ítem Tubo endotraqueal sin balón. La ficha técnica entregada corresponde al insumo con balón. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

218	1000503451	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 3	UN	256	123179... protex	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana		1331	1281		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debia aportar ficha técnica para el Item Tubo endotraqueal sin balón. La ficha técnica entregada corresponde al insumo con balón. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
225	1000513127	TUBO TORAX CON LINEA RADIAL 32	UN	74		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene cuenta la oferta: Requiere evaluación x Cirugía, no entregan muestra para evaluar y no subsana la documentación solicitada		3576	3420			Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Requiere evaluación x Cirugía, no entregan muestra para evaluar y no subsana la documentación solicitada. Debia entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	
225	1000513127	TUBO TORAX CON LINEA RADIAL 32	UN	74	BOLSA X 10 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		3576	3501	SHERLEG LABORATORIES SAS			Adjudicado por precio y concepto técnico.
226	1000505328	TUBO TORAX CON LINEA RADIAL 36	UN	74		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene cuenta la oferta: Requiere evaluación x Cirugía, no entregan muestra para evaluar y no subsana la documentación solicitada		3572	3420			Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Requiere evaluación por Cirugía, no entregan muestra para evaluar y no subsana la documentación solicitada. Debia entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	
226	1000505328	TUBO TORAX CON LINEA RADIAL 36	UN	74	BOLSA X 10 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		3572	3501	SHERLEG LABORATORIES SAS			Adjudicado por precio y concepto técnico.
237	1000511175	VENDA ELASTICA COHESIVA 10cmx4M	UN	165	116396... coban... yda	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana		8079	7647		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debia aportar ficha técnica y Registro INVIMA actualizado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
238	1000503571	VENDA YESO RAPIDA 3x5	UN	392	CAJA X 48 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		3406	3275	SHERLEG LABORATORIES SAS			Adjudicado por precio y concepto técnico.
238	1000503571	VENDA YESO RAPIDA 3x5	UN	392		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana la documentación solicitada.		3406	3333			Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debia entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	
239	1000503572	VENDA YESO RAPIDA 4x5	UN	654		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsana la documentación solicitada.		4102	4000			Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debia entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	
239	1000503572	VENDA YESO RAPIDA 4x5	UN	654	CAJA X 36 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		4102	3944	SHERLEG LABORATORIES SAS			Adjudicado por precio y concepto técnico.
240	1000503573	VENDA YESO RAPIDA 5x5	UN	413	CAJA X 24 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		4784	4600	SHERLEG LABORATORIES SAS			Adjudicado por precio y concepto técnico.

241	1000503574	VENDA YESO RAPIDA 6x5	UN	529	CAJA X 24 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	La oferta cumple los requisitos técnicos		5578	5460	SHERLEG LABORATORIES SAS			Adjudicado por precio y concepto técnico.
245	1000511213	BOLSA OSTOMIA NEONATO 25mm FLEXIBLE	UN	32	DRAINIA 5 MINI COLOST PEDIAT RECORTABLE CAJA X 30	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Requiere evaluación x pediatria. No trajeron muestra para evaluar.		20384	14480		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No trajeron muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
249	1000514904	CABLE CAPNOGRAFIA LARGO RESONANCIA 4.8MT	UN	159	LINEA DE CAPNOGRAFIA CONEXION MACHO-MACHO 3 METROS	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	La oferta no cumple con los requerimientos técnicos la medida no corresponde ofertan cable de 3 mts y se solicita de 4,8mt		24960	3700		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: la medida no corresponde ofertan cable de 3 mts y se solicita de 4,8mt	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
251	1000511258	CLIPS HEMOSTATIC 235cm MECANICA PRECARG	UN	16	Referencia M00522610	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta cumple los requisitos técnicos		364000	364000	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S			Adjudicado por precio y concepto técnico.
251	1000511258	CLIPS HEMOSTATIC 235cm MECANICA PRECARG	UN	16	presentacion comercial por unidad	Johnson & Johnson de Colombia S.A	Requiere evaluación x cirugía-endoscopia. La muestra para evaluar entregada no corresponde a lo solicitado, es devuelta por Endoscopia sin evaluar, porque no corresponde a lo solicitado que se requiere. No cumple.		364000	364000			Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: Requiere evaluación x cirugía-endoscopia. La muestra para evaluar entregada no corresponde a lo solicitado, es devuelta por Endoscopia sin evaluar, porque no corresponde a lo solicitado que se requiere. No cumple.	
255	1000515306	DISPOSITIVO PARA MONITOREO DE PRESION INTRA ABDOMINAL C/TRANSDUCTOR Modelo ABV321	UN	11	120523. BOSTON	Eve distribuciones S.A.S	La oferta cumple los requisitos técnicos.		182607	161311	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S			Adjudicado por precio y concepto técnico.
259	1000514895	KIT VENTILACION NEONATAL	UN	95	CIRCUITO DESECHABLE BICALENTADO CON CASCADA EVAQUA 2 SLE 4000 Y SLE 5000 RT268	EQUITRONIC SAS	La oferta no cumple los requisitos técnicos. No subsanó documentación.		123240	173451		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 y Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No presenta anexo 8 carta de compromiso de medicamentos y /o dispositivos médicos. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado. Tarifa o precio.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
261	1000502746	LLAVE DESECHABLE 3VIAS	UN	13339	DISCOFIX 3 AZUL CAJA X 50	B.BRAUN MEDICAL S.A.	La oferta cumple los requisitos técnicos.		493	1660			Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del pliego de condiciones. Motivación: Tarifa o precio.	
261	1000502746	LLAVE DESECHABLE 3VIAS	UN	13339	125821. LIFE CARE.. CIX50	Eve distribuciones S.A.S	La oferta cumple los requisitos técnicos.		493	483	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S			Adjudicado por precio y concepto técnico.
270	1000501393	APOSITO NO ADHERENTE 3x8	UN	392	129718. SHERLEG. CIX1	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requerimientos técnicos, se solicita apósito no adherente debe ser film transparente, la oferta es gasa. Son diferentes. Se evalúa por clínica de heridas, producto mal evaluado.	14	1947	1767		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21, 32 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: se solicita apósito no adherente debe ser film transparente, la oferta es gasa. Son diferentes. Se evalúa por clínica de heridas, producto mal evaluado. Concepto técnico evaluación folio 14.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
276	1000503197	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 16FR	UN	21	referencia M00582060	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	166500		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
276	1000503197	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 16FR	UN	21	126620...SPS. CIX1	Eve distribuciones S.A.S	Requiere evaluación x cirugía y GSN. No subsana y no entregan muestra para evaluar.		381902	148235		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar. Registro INVIMA VENCIDO. Debía aportar ficha técnica y Registro INVIMA, actualizado. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
276	1000503197	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 16FR	UN	21		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene en cuenta la oferta: Requiere evaluación x Cirugía, no entregan muestra para evaluar y no subsana la documentación solicitada		381902	88410		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar. Debía entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019.. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

277	1000503211	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 14FR	UN	14		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	88410		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
277	1000503211	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 14FR	UN	14	126622.. SPS.. CIX1	Eve distribuciones S.A.S	Requiere evaluación x cirugía y GSN. No subsana		381902	148235		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Registro INVIMA VENCIDO. Debía aportar ficha técnica y Registro INVIMA actualizado. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
277	1000503211	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 14FR	UN	14	Referencia M00582050	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	166500		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
278	1000503212	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 18FR	UN	31	126619.. SPS.. CIX1	Eve distribuciones S.A.S	Requiere evaluación x cirugía y GSN. No subsana y no entregan muestra para evaluar.		381902	148235		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar. Registro INVIMA vencido. Debía aportar ficha técnica y Registro INVIMA actualizados. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
278	1000503212	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 18FR	UN	31	Referencia M00582070	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	166500		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
278	1000503212	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 18FR	UN	31		HOSPIMEDICS S.A.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	88410		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Registro INVIMA vencido. Debía aportar ficha técnica y Registro INVIMA actualizados. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
278	1000503212	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 18FR	UN	31		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x cirugía y GSN. No trajeron muestra para evaluar		381902	134804		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
279	1000503213	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 20FR	UN	66		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x cirugía y GSN. No trajeron muestra para evaluar		381902	134804		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
279	1000503213	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 20FR	UN	66	Referencia M00582150	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	166500		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
279	1000503213	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 20FR	UN	66	126625.. SPS.. CIX1	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	148235		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Registro Sanitario VENCIDO debe aportar actualización. Debía aportar ficha técnica para la sonda. El adjunto corresponde al kit de endoscopia, es diferente. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
279	1000503213	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 20FR	UN	66		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene cuenta la oferta: Requiere evaluación x Cirugía, no entregan muestra para evaluar y no subsana la documentación solicitada		381902	88410		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar. Debía entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
280	1000503214	SONDA GASTROSTOMIA RECAMBIO 24FR	UN	14		LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	Requiere evaluación x cirugía y GSN. No trajeron muestra para evaluar		381902	134804		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
280	1000503214	SONDA GASTROSTOMIA RECAMBIO 24FR	UN	14		HOSPIMEDICS S.A.	No se tiene cuenta la oferta: Requiere evaluación x Cirugía, no entregan muestra para evaluar y no subsana la documentación solicitada		381902	88410		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: No entregan muestras para evaluar. Debe entregar certificado CCAA Actualizado o Acta de visita ente territorial del 2019. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

280	1000503214	SONDA GASTROSTOMIA RECAMBIO 24FR	UN	14	Referencia M00582090	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	166500		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
281	1000503244	SONDA SUCC CERR OROTRAQUEAL 7FR	UN	381	BOLSA X 5 UNDS	SHERLEG LABORATORIES SAS	Requiere evaluación x UCI ped Y Terapia respiratoria. No trajeron muestra para evaluar.		130449	82000		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Requiere evaluación x UCI ped Y Terapia respiratoria. No trajeron muestra para evaluar.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
281	1000503244	SONDA SUCC CERR OROTRAQUEAL 7FR	UN	381	122959.. SHERLEG	Eve distribuciones S.A.S	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		130449	56250		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica y Registro INVIMA actualizados. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
287	1000508133	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 12FR	UN	7		TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.	La oferta no cumple los requisitos técnicos el oferente no subsana la documentación solicitada		381902	166500		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
287	1000508133	SONDA GASTROSTOMIA QUIRURGICA 12FR	UN	7	126621.. SPS..CIX1	Eve distribuciones S.A.S	Requiere evaluación x urg ped. No subsana		381902	148235		NC		Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Registro Sanitario VENCIDO debe aportar actualización. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
291	1000515566	PINZA ARMONIC CIRUGIA ABIERTA FOCUS	UN	11	Precio incluye IVA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	No aporta ficha técnica ni registro invima. No subsana. No cumple los requisitos técnicos. Se decide de evaluación. Requiere evaluación x cirugía.		1467755	1328833				Se rechaza la oferta con fundamento en los Numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: Debía aportar ficha técnica y Registro INVIMA actualizados. Este requisito fue solicitado por el Hospital y no fue subsanado.	
291	1000515566	PINZA ARMONIC CIRUGIA ABIERTA FOCUS	UN	11	presentacion comercial por unidad	Johnson & Johnson de Colombia S.A	La oferta cumple los requisitos técnicos		1467755	1410100	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A				Adjudicado por precio y concepto técnico.
294	1000511247	AGUJA HIPODERMICA 16GX1-1/12	UN	2100	125468.. WELL..CIX100	Eve distribuciones S.A.S	Para uso en CMP ha sido mal evaluada.		248	45		T		Se rechaza la oferta con fundamento en numeral 34 del pliego de condiciones. Motivación: producto mal evaluado. La oferta no cumple los requisitos. Para uso en CMP ha sido mal evaluada. Concepto técnico.	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
313	1000511299	CUCHILLA REDONDA 6.0 MM	UN	30	el tiempo de entrega esta sugeto a disponibilidad de materiales- se anexa acuerdo de servicio JNJ 2019	Johnson & Johnson de Colombia S.A	El equipo debe tener un craneotomo y sistema de fresado que permita eliminar tejido blando, duro y hueso en el marco de intervenciones quirúrgicas -CUMPLE FOLIO 624 Que permita diferentes diámetros de fresas y cuchillas: CUMPLE FOLIO 602-634 Piezas de mano acorde a los diferentes diámetros de las cuchillas: CUMPLE FOLIO 602-634 Con sistema eléctrico: CUMPLE FOLIO 602 Con una velocidad de 200 rpm o inferior y 75000 rpm o superior: LA FICHA TECNICA NO SUMINISTRA INFORMACION El sistema debe constar de una consola de control de potencia, bombas de irrigación, un pedal y un conjunto de piezas de mano con mínimo 3 piezas: CUMPLE FOLIO 634-633		495545	495545	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A				Adjudicado por precio y concepto técnico

314	1000511300	CUCHILLA PARA CORTE 7.5 MM	UN	14	el tiempo de entrega esta sugeto a disponibilidad de materiales- se anexa acuerdo de servicio INJ 2019	Johnson & Johnson de Colombia S.A	El equipo debe tener un craneótomo y sistema de fresado que permita eliminar tejido blando, duro y hueso en el marco de intervenciones quirúrgicas :CUMPLE FOLIO 624 Que permita diferentes diámetros de fresas y cuchillas:CUMPLE FOLIO 602-634 Piezas de mano acorde a los diferentes diámetros de las cuchillas:CUMPLE FOLIO 602-634 Con sistema eléctrico:CUMPLE FOLIO 602 Con una velocidad de 200 rpm o inferior y 75000 rpm o superior: LA FICHA TECNICA NO SUMINISTRA INFORMACION El sistema debe constar de una consola de control de potencia, bombas de irrigación, un pedal y un conjunto de piezas de mano con mínimo 3 piezas:CUMPLE FOLIO 634-633	495545	495545	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A				Adjudicado por precio y concepto tecnico
315	1000511301	CUCHILLA REDONDA 2.3 MM	UN	68	el tiempo de entrega esta sugeto a disponibilidad de materiales- se anexa acuerdo de servicio INJ 2019	Johnson & Johnson de Colombia S.A	El equipo debe tener un craneótomo y sistema de fresado que permita eliminar tejido blando, duro y hueso en el marco de intervenciones quirúrgicas :CUMPLE FOLIO 624 Que permita diferentes diámetros de fresas y cuchillas:CUMPLE FOLIO 602-634 Piezas de mano acorde a los diferentes diámetros de las cuchillas:CUMPLE FOLIO 602-634 Con sistema eléctrico:CUMPLE FOLIO 602 Con una velocidad de 200 rpm o inferior y 75000 rpm o superior: LA FICHA TECNICA NO SUMINISTRA INFORMACION El sistema debe constar de una consola de control de potencia, bombas de irrigación, un pedal y un conjunto de piezas de mano con mínimo 3 piezas:CUMPLE FOLIO 634-633	495545	495545	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A				Adjudicado por precio y concepto tecnico
321	1000512137	EQUIPO INFUSION BOMBA JERINGA / PERFUSOR SML	UN	88	SET PERFUSOR SECURA SPACE 5 ML CAJA X 1	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Infusión de microdosis para usuarios pediátricos de bajo peso, es decir dosis en flujo desde 0,01 ml/h hasta 1000 ml/h o superior: NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h Con purgas de máximo 1.2 ml que disminuyan la cantidad de líquidos infundidos y minimicen el riesgo para los pacientes: CUMPLE FOLIO 719 Con precisión de +/- 5% :CUMPLE FOLIO 789 Con pistón de seguridad para evitar ingreso de microdosis por movimientos ajenos y fortuitos del émbolo:CUMPLE FOLIO 719 Biblioteca o listado de medicamentos acorde a los instructivos institucionales:CUMPLE FOLIO 719 Que permita mezclas preestablecidas:CUMPLE FOLIO 778-783 Alertas de aplicación segura de medicamentos:CUMPLE FOLIO 778 Que genere avisos de presión aguas arriba y aguas bajo:CUMPLE FOLIO 771 Que cuente con la opción de equipos fotosensibles:CUMPLE FOLIO 721-722	21480	21480		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: no cumple nlos requisitos tecnicos NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.	

322	1000512138	EQUIPO INFUSION BOMBA JERINGA / PERFUSOR 10ML	UN	4988	SET PERFUSOR SECURA SPACE 10 ML CAJA X 1	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Infusión de microdosis para usuarios pediátricos de bajo peso, es decir dosis en flujo desde 0,01 ml/h hasta 1000 ml/h o superior : NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h Con purgas de máximo 1.2 ml que disminuyan la cantidad de líquidos infundidos y minimicen el riesgo para los pacientes: CUMPLE FOLIO 719 Con precisión de +/- 5% :CUMPLE FOLIO 789 Con pistón de seguridad para evitar ingreso de microdosis por movimientos ajenos y fortuitos del émbolo:CUMPLE FOLIO 719 Biblioteca o listado de medicamentos acorde a los instructivos institucionales:CUMPLE FOLIO 719 Que permita mezclas preestablecidas:CUMPLE FOLIO 778-783 Alertas de aplicación segura de medicamentos:CUMPLE FOLIO 778 Que genere avisos de presión aguas arriba y aguas bajo:CUMPLE FOLIO 771 Que cuente con la opción de equipos fotosensibles:CUMPLE FOLIO 721-722	23405	23400		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: no cumple nlos requisitos tecnicos NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
323	1000512139	EQUIPO INFUSION BOMBA JERINGA / PERFUSOR 20ML	UN	1829	SET PERFUSOR SECURA 20 ML CAJA X 1	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Infusión de microdosis para usuarios pediátricos de bajo peso, es decir dosis en flujo desde 0,01 ml/h hasta 1000 ml/h o superior : NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h Con purgas de máximo 1.2 ml que disminuyan la cantidad de líquidos infundidos y minimicen el riesgo para los pacientes: CUMPLE FOLIO 719 Con precisión de +/- 5% :CUMPLE FOLIO 789 Con pistón de seguridad para evitar ingreso de microdosis por movimientos ajenos y fortuitos del émbolo:CUMPLE FOLIO 719 Biblioteca o listado de medicamentos acorde a los instructivos institucionales:CUMPLE FOLIO 719 Que permita mezclas preestablecidas:CUMPLE FOLIO 778-783 Alertas de aplicación segura de medicamentos:CUMPLE FOLIO 778 Que genere avisos de presión aguas arriba y aguas bajo:CUMPLE FOLIO 771 Que cuente con la opción de equipos fotosensibles:CUMPLE FOLIO 721-722	22878	22870		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral del pliego de condiciones. Motivación: no cumple nlos requisitos tecnicos NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.
324	1000512140	EQUIPO INFUSION BOMBA JERINGA / PERFUSOR 50ML	UN	4226	SET PERFUSOR SECURA 50 ML	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Infusión de microdosis para usuarios pediátricos de bajo peso, es decir dosis en flujo desde 0,01 ml/h hasta 1000 ml/h o superior : NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h Con purgas de máximo 1.2 ml que disminuyan la cantidad de líquidos infundidos y minimicen el riesgo para los pacientes: CUMPLE FOLIO 719 Con precisión de +/- 5% :CUMPLE FOLIO 789 Con pistón de seguridad para evitar ingreso de microdosis por movimientos ajenos y fortuitos del émbolo:CUMPLE FOLIO 719 Biblioteca o listado de medicamentos acorde a los instructivos institucionales:CUMPLE FOLIO 719 Que permita mezclas preestablecidas:CUMPLE FOLIO 778-783 Alertas de aplicación segura de medicamentos:CUMPLE FOLIO 778 Que genere avisos de presión aguas arriba y aguas bajo:CUMPLE FOLIO 771 Que cuente con la opción de equipos fotosensibles:CUMPLE FOLIO 721-722	25924	24780		NC	Se rechaza la oferta con fundamento en los subnumerales 2, 4, 21 del numeral 32 del pliego de condiciones. Motivación: no cumple nlos requisitos tecnicos NO CUMPLE FLUJO 0,01ml/ h-999 ml/h	Declarar desierto el ítem ofertado con fundamento en el Numeral 41 del pliego de condiciones. Motivación: Ninguna oferta se ajustó al pliego de condiciones.

Laura Florez Martinez
Abogada Contratista (Contratación)

Elizabeth Florez Espinosa
Química Farmacéutica
Evaluación Técnica

Natacha Gomez Contreras
Profesional de Suministros
Evaluación Económica

Angela Sofía Arciniegas
Ingeniera Biomédica
Evaluación Técnica Equipos